

Số: 248 /KL-TTra

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra về an toàn bức xạ, đo lường

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTra ngày 16/9/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội về việc thanh tra về an toàn bức xạ, đo lường; ngày 24/9/2024, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam; địa chỉ trụ sở: Villa D04, khu đô thị Mỹ Đình – Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 31/BC-ĐTT ngày 02/10/2024 của Đoàn thanh tra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

- Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) đã được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 0108614693, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/7/2023.

- Phòng khám chuyên khoa y học gia đình WOORI trực thuộc Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam đã được Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2147/HNO – GPĐ ngày 04/5/2021.

- Công ty đang sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 (cân bàn điện tử, áp kế, huyết áp kế).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ

- Công ty đang sử dụng 01 máy X-quang tổng hợp VIKOMED có thông số kỹ thuật đúng với giấy phép tiến hành công việc bức xạ số 1552/GP-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp ngày 08/7/2024; giấy phép có giá trị đến 28/6/2027.

Tại phòng đặt thiết bị X-quang có đèn báo bức xạ, biển báo bức xạ, nội quy, quy trình vận hành thiết bị bức xạ và hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.

- Công ty đã thực hiện xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.

- Người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ đã được cấp giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế và an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn; các giấy chứng nhận đang còn giá trị hiệu lực.

- Công ty đã ban hành Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ (Quyết định số 01/QĐ/ATBX/WBV).

- Người phụ trách an toàn đã có chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử (chứng chỉ số 1203/CCNVBX-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp ngày 02/7/2021).

- Công ty đã tổ chức thực hiện kiểm định thiết bị X-quang theo đúng quy định; tổ chức thực hiện kiểm xạ tại nơi sử dụng thiết bị bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) nhưng chưa đúng chu kỳ theo quy định (năm 2023, Công ty không thực hiện kiểm xạ tại nơi sử dụng thiết bị bức xạ).

- Công ty đã tổ chức khám sức khoẻ cho nhân viên bức xạ, tuy nhiên chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

- Công ty không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 3 tháng.

- Năm 2023, Công ty chưa gửi báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Công ty chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2

- Công ty đang sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 gồm: 01 cân bàn điện tử, 01 huyết áp kế, 01 nhiệt kế y học.

- Đoàn kiểm tra thực tế: 01 cân bàn điện tử, 01 huyết áp kế đã được Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ kiểm định và dán tem kiểm định, đang còn giá trị hiệu lực; 01 nhiệt kế y học đã được Trung tâm Đo lường – Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định; tuy nhiên, Công ty chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định 01 nhiệt kế y học.

III. KẾT LUẬN

Tại thời điểm thanh tra:

1. Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, đo lường (trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2) như: sử dụng thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; thực hiện kiểm định thiết bị bức xạ; kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo quy định; nhân viên bức xạ đã được đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ; người phụ trách an toàn có chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử, ...

2. Công ty vẫn còn một số tồn tại, như: không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 3 tháng; tổ chức khám sức khoẻ cho nhân viên bức xạ chưa đúng theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT; năm 2023, chưa thực hiện kiểm xạ tại nơi sử dụng thiết bị bức xạ, chưa gửi báo cáo

thực trạng tiến hành công việc bức xạ theo Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử; chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ an toàn bức xạ theo Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

- Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn bức xạ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam với số tiền phạt là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn).

Lý do: Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng; quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ: Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam

- Tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 3 tháng.

- Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ an toàn bức xạ theo Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BYT.

- Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm xạ tại nơi sử dụng thiết bị bức xạ theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

- Xuất trình giấy chứng nhận kiểm định 01 nhiệt kế y học đến Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH WOORI BIO Việt Nam (để t/h);
- Thanh tra Thành phố (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Quốc Hà (để b/c);
- Lưu: VT, HS.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
PHỤ TRÁCH



Bùi Thị Hạnh